




Compañía
Logística de
Hidrocarburos CLH, SA

Laboratorio Central
Paraje de Vacibotas, s/n
28830 - San Fernando de Henares (Madrid)

Tfno: 91 7746332
Fax: 91 7746315
E_mail: laboratorio_central@clh.es

	Laboratorio Central CERTIFICADO DE ANÁLISIS	101606986
	INFORME N°: 09974/18	

Los ensayos marcados con asterisco no están incluidos en el alcance de acreditación.

Producto:	GASOLINA 95 IO	Num. Muestra:	202541662
Tipo:	GASOLINA AUTO	Código Largo:	201806L2890146
Carácter:	ESPECIAL	Fecha Recepción:	2018-06-15
		Periodo Análisis:	2018-06-18 / 2018-06-18
		Solicitante:	EE/SS SBC
		Dirección:	POLÍGONO DE XARAS - PARCELA 101 - SOIDADE 15969 - RIBEIRA

Fecha de toma: 2018-06-10
Lugar de toma: SURTIDOR 2
Descripción: SBC A ESTRADA
Clase de muestra: OTROS
Área Toma: (EXTERNO)
Envases: 2 BOTTELLAS DE 1 LITRO


ENSAYO	MÉTODO	RESULTADO	INCERT.	ESPECIFICACIÓN	UNIDADES
Densidad a 15 °C	ASTM D 4052-16	749,1		720 - 775	kg/m ³
Índice octano Research	ASTM D 2699-17	95,7		Mínimo 95,0	sin unidades
Presión de Vapor	ASTM D 5191-15				
Presión de Vapor		60,7	± 1,6	45 - 60	kPa
Capacidad del envase		1000			ml
Destilación	ASTM D 86-17				
Punto inicial		32,7			° C
Evaporado a 70 °C		30,4		20 - 45	% V/V
Evaporado a 100 °C		60,9		46 - 69	% V/V
Evaporado a 150 °C		93,4		Mínimo 75	% V/V
Punto final		184,9		Máximo 210	° C
Residuo		1,0		Máximo 2	% V/V
Pérdida		0,7			% V/V
VLI	* CÁLCULO	820			sin unidades
Azufre total	UNE-EN ISO 20884:2011	7,7		Máximo 10	mg/kg
Aspecto	* VISUAL	CUMPLE		Claro y brillante	sin unidades



Compañía
Logística de
Hidrocarburos CLH, SA

Laboratorio Central
Paraje de Vaciabotas, s/n
28830 - San Fernando de Henares (Madrid)

Tfno: 91 7746332
Fax: 91 7746315
E_mail: laboratorio_central@clh.es

	Laboratorio Central CERTIFICADO DE ANÁLISIS	101606986
	INFORME N°: 09974/18	

Los ensayos marcados con asterisco no están incluidos en el alcance de acreditación.

Aprobado Jefe de Unidad:

Beatriz Guirao Galindo

Jefa Laboratorio Central CLH



CLH - LABORATORIO CENTRAL
Paraje de Vaciabotas, s/n
28830 San Fernando de Henares (Madrid)

Firma autorizada:

Aitor Tallón Arenc
Técnico de Calidad
19 de junio de 2018

Los resultados incluidos en este informe sólo afectan a las muestras recibidas en este Laboratorio y sometidas a los ensayos que en él se incluyen.

Este informe no puede ser reproducido ni total ni parcialmente sin la autorización previa por escrito de este Laboratorio.

La operación de toma de muestra no está incluida en el alcance de la acreditación ENAC. Las operaciones de toma de muestra y los datos de la misma son aportados por el cliente.

(**) El año de edición de la norma no coincide con la última edición publicada del método o la norma ha sido anulada.

Se encuentra disponible en este Laboratorio un listado con las incertidumbres establecidas para cada método de ensayo acreditado por ENAC.